УДК 543.42 (575.2) (04)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ДВУХСТРУЙНЫЙ ПЛАЗМАТРОН И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В АТОМНО-ЭМИССИОННОМ СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ

К.Урманбетов, Р.А.Таштанов, Ж.Ж.Жеенбаев Институт физики НАН Кыргызской Республики 720071, Бишкек, Чуйский проспект, 265 a rtashtan@mail.ru

Поступила в редакцию 12 января 2005 г.

Описан усовершенствованный двухструйный плазматрон, отличающийся от прежнего (ДГП-50) близким расположением плазменных головок (9 мм), меньшим током дуги и расходом газа, лучшими (на 1–2,5 порядка) пределами обнаружения элементов при прямом анализе графитовых порошков (2·10⁻⁸–3·10⁻⁵ мас. %). Относительное стандартное отклонение результатов измерений не превышает ~ 0,10.

Карыбай Урманбетов – кандидат физикоматематических наук, заведующий лабораторией атомной спектроскопии Института физики Национальной академии наук (ИФ НАН) Кыргызской Республики.

Область научных интересов: атомно-эмиссионный спектральный анализ объектов окружающей среды и физика низкотемпературной плазмы.

Автор 82 печатных работ, 4 авторских свидетельств.

Рустам Абдырасулович Таштанов – научный сотрудник лаборатории атомной спектроскопии ИФ НАН Кыргызской Республики.

Область научных интересов: атомно-эмиссионная спектроскопия и применение плазматронов для анализа природных веществ. Автор 14 печатных работ.

Жаныбек Жеенбаевич Жеенбаев – президент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР.

Область научных интересов: оптика, физика низкотемпературной плазмы и применение ее в различных областях науки и техники.

Автор 260 печатных работ, 9 монографий, 33 авторских свидетельств. Развитие прикладной атомно-эмиссионной спектроскопии, направленное на повышение чувствительности и точности анализа, зависит в значительной степени от разработки новых, более совершенных источников возбуждения спектров. Разработанный нами в 1970 г. двухструйный плазматрон ДГП–50 [1] достаточно широко применяется в спектроаналитической практике для анализа минерального сырья и проб окружающей среды [2–5]. Основными его достоинствами как источника возбуждения спектров являются высокая температура и надежная стабильность плазменной струи, низкие пределы обнаружения элементов, слабые влияния основы [6].

На базе этого плазматрона в Институте физики Национальной академии наук Кыргызской Республики был создан и выпушен промышленный вариант установки для атомно-эмиссионного спектрального анализа «Нур» [7]. Она состоит из генератора выпрямленного тока и пульта управления, внутри которого установлен двухструйный плазматрон ДГП–50. Конструктивные особенности установки «Нур» позволяют вести непрерывную и бесперебойную ее эксплуатацию в течение многих сотен часов. Применение такой установки позволяет существенно сократить время пробоподготовки и избежать систематических погрешностей, связанных с внесением загрязнения или потерей при разложении проб.

В ДГП-50 кончик трубочки для вдувания порошковой пробы расположен далеко (20-25 мм) от места слияний струй плазмы. Поэтому распыляемый поток порошка образует большой конус расхождения, и часть порошка проходит мимо струи плазмы. В результате доля частиц порошка, попавшая в плазму, не превышает 40-50 %. Расстояние между срезами сопел в этом плазматроне составляет 22 мм, а струи плазмы сливаются на таком же расстоянии от среза сопел. При этом высокотемпературная часть струй плазмы от плазменных электродов до зоны слияния, в которой происходит значительное выделение энергии, остается вне технологической области, так как ввод порошка пробы осуществляется только в зону слияния струй, где температура уже существенно меньше. Вследствие этого снижается интенсивность термического воздействия плазменного потока на вводимую мелкодисперсную порошковую пробу. Поэтому в этих плазматронах требуется применять довольно большие силы тока (70-90 А) и расход плазмообразующего газа (4 л/мин). Но при таких операционных условиях плазменная струя приобретает значительную скорость, что приводит к неполному испарению частиц пробы и малому времени пребывания атомов в аналитической зоне. Это снижает чувствительность и точность атомно-эмиссионных определений. Целью настоящей работы было усовершенствование конструкции двухструйного плазматрона, устраняющей указанные недостатки.

Была усовершенствована конструкция плазматрона, в результате чего уменьшено расстояния между срезами сопел до 9 мм, что позволило уменьшить силу тока и расход газа при работе плазматрона. Малое расстояние между срезами сопел плазматрона дает возможность эффективно вводить анализируемую порошковую пробу в наиболее высокотемпературную область дугового промежутка. Плазменные струи сливаются на расстоянии 9 мм от среза сопла плазматрона. Торец трубочки для пробоподачи располагается также на расстоянии 9 мм от места слияния струй. Малое расстояние между струями плазмы и малые углы их слияния в этом случае позволяют получить очень полезные для спектроаналитических целей характеристики источника возбуждения спектров: однородность общего потока плазмы, минимальный конус распыла порошковой пробы, полное ее попадание в горячую зону между сливающимися струями плазмы, повышенный эффект естественного подсоса, который благоприятствует вводу мелкодисперсного материала в эту зону.

Усовершенствованный плазматрон состоит из двух расположенных под углом плазменных головок, сопловые отверстия которых вынесены к краю диафрагм. Плазматрон содержит медный анод, выполненный в виде охлаждаемого водой цилиндра с плоской рабочей поверхностью, медные диафрагмы и уплотнительные прокладки, патрубки ввода защитного и плазмообразующего газа.

Каждый электродный узел имеет изолятор, который фиксирует расстояние между электродом и диафрагмой под электродом, плазменные каналы, цилиндрический катод, выполненный из вольфрама и имеющий расходную часть с резьбой. Вольфрамовый электрод соединяется с охлаждаемым водой катододержателем. Каждая электродная головка имеет вход и выход охлаждаемой воды, электродные камеры, куда подается защитный газ электродов. Защитным газом служит аргон, а плазмообразующим - аргон или азот. Электродные узлы подключаются к регулируемому источнику постоянного тока через водоподводящие штуцера. При работе плазматрона электродные головки устанавливаются таким образом, чтобы оси плазменных каналов находились в одной плоскости и пересекались под определенным углом между плазменными каналами, обеспечивающими безударное соединение плазменных струй.

Для запуска плазматрона в каждую электродную головку при помощи высокочастотного генератора подается искровой разряд, который зажигает вспомогательные дуги между электродами и первыми диафрагмами. Ионизированный газ выдувается из плазменных головок и, встречаясь в зоне слияния, образует электрический канал, соединяющий электроды, по которому зажигается основная электрическая дуга. После этого вспомогательные дуги отключаются. Плазма зажигается легко и работает непрерывно сотни часов.

Высокая температура и малая скорость плазмы в аналитической зоне потока данного плазматрона способствуют интенсивному термическому воздействию на мелкодисперсные порошки. Изменение параметров двухструйного плазматрона и скорости подачи порошковых проб влияет на характер течения струй плазмы [8], эффективность ввода веществ в плазму, а также процессы испарения и возбуждения атомов элементов, что, в конечном счете, приводит к изменению интенсивности спектральных линий вдоль потока плазмы.

Спектроаналитические возможности усовершенствованного плазматрона исследованы при определении микропримесей в графитовом порошке ОСЧ-8-4. Головной образец сравнения приготовлен введением оксидов и солей определяемых элементов марки «ос.ч» в данный графит. Затем последовательным разбавлением головного образца графитом приготовлен набор образцов сравнения с заданным содержанием определяемых элементов.

Спектры фотографировали спектрографом ДФС-13 (дисперсия 4 Å/мм) при работе плазматрона в указанном оптимально-компромиссном режиме на фотопластинки ПФС-02 с чувствительностью 6 ед. ГОСТа (экспозиция 30 с). На щель спектрографа (ширина щели 20 мкм) проецировали с помощью линзы с фокусным расстоянием 150 мм зону плазмы, находящуюся от среза сопел на расстоянии 6 мм.

В усовершенствованном плазматроне с увеличением силы тока максимумы интенсивности атомных и ионных линий элементов не изменяются, оставаясь постоянными (рис. 1). По-видимому, это связано с высокой температурой и малой скоростью плазменного потока в аналитической зоне, поскольку слияние электродных струй происходит ближе к соплу, т.е. в более высокотемпературной части, и используется малый расход плазмообразующего газа. Последнее сопровождается увеличением времени пребывания частичек пробы в плазменной струе, а атомов и ионов в аналитической зоне, что обуславливает лучшее испарение порошковых частиц и более эффективное возбуждение спектра элементов. Из рис. 1 следует, что в данном плазматроне нет необходимости проводить анализ при больших силах тока.



Рис.1. Изменение максимальных соотношений интенсивностей спектральных линий (П – Cr II 284,3; ж – As I 286,0; Δ – Cr I 302,2 нм) и фона (I_n/I_{ϕ})_{тах}, а также интенсивности фона I_{ϕ} (о) от силы тока

С увеличением расхода плазмообразующего газа интенсивность атомных и ионных линий проходит через максимум (рис. 2). Для атомных линий со средним и низким потенциалом возбуждения максимум интенсивности достигается при расходе плазмообразующего газа 2 л/мин, а для атомных линий с высокой энергией возбуждения и ионных линий – при 3 л/мин. Значительный рост интенсивности фона (рис. 2) с возрастанием расхода плазмообразующего газа обусловлен тем, что струи плазмы прижимаются друг к другу. В результате данная область становится более нагретой, а электродные струи и плазменный поток – более плотными. При больших расходах газа ухудшается введение частиц порошка в наиболее горячие зоны плазмы из-за появления обратных потоков и уменьшается время пребывания частиц порошка в аналитической зоне из-за увеличения скорости плазмы. Установлено, что компромиссно-оптимальным для одновременного определения элементов с атомными и ионными линиями является расход плазмообразующего газа, равный 2,5 л/мин (рис. 2).



302,2 нм) и фона $(I_n/I_\phi)_{max}$, а также интенсивности фона I_ϕ (о) от расхода плазмообразующего газа G

Исследования, проведенные при токе 55 А и расходе плазмообразующего газа 2,5 л/мин, показали, что максимальная интенсивность излучения атомных и ионных линий реализуется при расходе транспортирующего газа 0,2 л/мин (внутренний диаметр трубки для вдувания порошковой аэровзвеси составляет 0,8 мм). Эти операционные условия признаны оптимально-компромиссными для многоэлементного анализа. Дальнейший рост расхода транспортирующего газа уменьшает время пребывания частиц порошка в аналитической зоне струи плазмы, что приводит к снижению максимальной интенсивности спектральных линий (рис.3). В зоне до слияния струй интенсивность спектральных линий снижается сильно. По-видимому, это обусловлено сильным охлаждением зоны плазмы до слияния струй с увеличением расхода транспортирующего газа, о чем свидетельствует также существенное уменьшение фона в этой зоне.



Рис.3. Изменение максимальных соотношений интенсивностей спектральных линий (– Cr II 284,3; ж – As I 286,0; Δ – Cr I 302,2 нм) и фона (I_n/I_p)_{max}, а также интенсивности фона I_p (o) от расхода транспортирующего газа G_{те}

Аксиальное распределение интенсивности аналитических линий (рис. 4) определяемых элементов в выбранном режиме работы плазматрона позволяет выбирать оптимальную рабочую зону в потоке плазмы для одновременного определения элементов с различными свойствами без большой потери чувствительности. Надежный выбор небольшого фиксированного участка струи плазмы для проведения анализа возможен благодаря высокой пространственной стабильности струи. В качестве точки отсчета взято место слияния струи плазмы.



Рис.4. Распределение соотношений интенсивностей спектральных линий (□ – Cr I 302,2; ж – Cr II 284,3; + – As I 286,0; Δ – Pb I 283,3 нм) и фона (I_n/I_Φ)_{max}, а также интенсивности фона I_Φ (о) вдоль потока плазмы L при оптимальных параметрах усовершенствованного двухструйного плазматрона

92

На рис. 4 показана возможность выбора оптимального участка струи плазмы для регистрации спектра на примере спектральных линий мышьяка, свинца, скандия и фосфора, существенно отличающихся по своим характеристикам возбуждения. Видно, что при одновременном определении в графитовом порошке указанных элементов оптимальным для одновременной регистрации спектров, где достигается максимальное соотношение сигнала к фону, является участок плазмы в 2 мм до места слияния струй. Все дальнейшие исследования проведены в этой зоне плазмы. Следует заметить, что, в случае необходимости проведения анализа на один-два элемента, может быть использован участок плазмы с максимальным соотношением интенсивности и фона для них (например, для Cr I и Pb I).

Таблица

Сопоставление пределов обнаружения примесей в графитовом порошке

Элемент	Предел обнаружения, мас. %	
	Прежний плаз-	Усовершенствованный
	матрон [3]	плазматрон
As	3.10-₄	6.10-⁵
La	1.10-⁵	1·10 ⁻⁷
Lu	-	1·10 ⁻⁷
Mn	1.10-⁵	1·10 ⁻⁷
Nb	4·10 ⁻⁵	4·10 ⁻⁷
Ni	4 ·10 ⁻⁶	4·10 ⁻⁷
Р	-	3.10-⁵
Pb	2·10 ⁻⁵	2·10 ⁻⁶
Sb	4 ·10 ⁻⁵	4·10 ⁻⁶
Sc	1.10-5	2·10 ⁻⁸
Sn	2·10 ⁻⁵	1.10-6
Sr	-	7·10 ⁻⁷
V	1.10-6	8·10 ⁻⁸
Y	1·10 ⁻⁶	5·10 ⁻⁸
Zn	1.10-5	2.10-6
Zr	-	3.10-7

Градуировочные графики для Sc, V, As и P, полученные с оптимальных участков наблюдения плазмы для указанных выше образцов сравнения с использованием прежнего (рабочий ток 80 A: расход плазмообразующего газа 3,5 л/мин, транспортирующего - 0,6 л/мин) и усовершенствованного плазматронов, приведены на рис. 5. Из рисунка виден значительный сдвиг калибровочных прямых усовершенствованного плазматрона в сторону меньших концентраций, что позволяет получить более низкие пределы обнаружения элементов. Для расчетов пределов обнаружения использовали способ «контрольного» опыта, основанный на статической обработке результатов анализа пробы (критерий 3s), не содержащей определяемого элемента [9]. Контрольную пробу (графитовый порошок ОСЧ-8-4) фотографировали 20 раз вместе с образцом сравнения, приготовленным на графитовой основе. Полученные пределы обнаружения примесей для прежней конструкции плазматрона [5] (90 А, 4 л/мин) и для новой конструкции сопоставлены в таблице. Из таблицы видно, что предел обнаружения усовершенствованного плазматрона улучшился на 1–2,5 порядка, по сравнению с прежним.



Рис.5. Градуировочные графики для спектральных линий Sc II 335,3, V II 310,2, As I 286,0 и P I 253,5 нм в графитовой основе в двух моделях двухструйного плазматрона: - прежняя и ж- новая конструкции

Таким образом, применение усовершенствованной конструкции двухструйного плазматрона в сочетании с введением порошка пробы в место слияния струй с близкого расстояния позволяет существенно снизить предел обнаружения атомно-эмиссионного спектрального анализа порошковых проб на большой круг элементов, уменьшить потребляемый ток и расход плазмообразующего газа. Эти достоинства, а также высокая воспроизводимость результатов анализа показывают перспективность применения подобной конструкции двухструйного плазматрона в атомно-эмиссионном спектральном анализе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Энгельшт В.С. Двухструйный плазматрон для спектрального анализа / В.С.Энгельшт, К.Урманбетов, Ж.Ж.Жеенбаев // Заводская лаборатория. 1976. Т. 42, №2. С. 174–176. 2. Урманбетов К. Прямое спектральное определение тяжелых токсичных металлов в почвах / К.Урманбетов, Ж.Ж.Жеенбаев, Р.А.Таштанов, // Аналитика и контроль. 2000. Т. 4, №4. С. 380–385. 3. Черевко А.С. Многоэлементный атомно-эмиссионный анализ почв с дуговым аргоновым двухструйным плазматроном / А.С.Черевко, Г.Е.Полякова // Агрохимия. 2000. № 6. С. 73–77.

4. Урманбетов К. Спектральный анализ прибрежных вод Иссык-Куля на токсичные тяжелые металлы / К.Урманбетов, Ж.Ж.Жеенбаев, Г.Ж.Доржуева, Р.А.Таштанов // Аналитика и контроль. 2001. Т. 5, №1. С. 90–92.

5. Заксас Н.П. Атомно-эмиссионное определение микроэлементов в порошковых пробах разной природы с возбуждением спектров в двухструйном дуговом плазматроне / Н.П.Заксас, И.Р.Шелпакова, В.Г.Герасимов // Журнал аналитической химии. 2004. Т. 59, №3. С. 254–260.

6. Черевко А.С. Атомно-эмиссионный спектральный анализ порошков с использованием дугового двухструйного плазматрона / А.С.Черевко, И.Г.Юделевич, В.П.Попова, А.П.Тагильцев // Журнал аналитической химии. 1988. Т. 43, №3. С. 426–434.

7. Установка для спектрального анализа «Нур». Фрунзе: Илим, 1989. 2 с.

8. Асаналиев М.К. Структура потока плазмы двухструйного плазматрона / М.К.Асаналиев, Ж.Ж.Жеенбаев, М.А.Самсонов, В.С.Энгельшт // Препринт. Фрунзе: Илим, 1980. 27 с.

9. Кузнецова А.И. Оценка чувствительности спектрального анализа / А.И.Кузнецова, Я.Д.Райхбаум // Заводская лаборатория. 1967. Т.33, №3. С.254-260.

* * * *

IMPROVED TWO-JET PLASMATRON AND ITS CAPABILITIES IN SPECTRAL ANALYSIS K.Urmanbetov, R.Tashtanov, J.Jeyenbaev

In this article there described the improved two-jet plasmatron differing from the previous one by close disposition of plasma heads (9 mm); their merging occurs at the same distance as that is between the heads. Detection limits of 17 elements during the direct analysis of graphite powders is $2 \cdot 10^8$ - $3 \cdot 10^{-5}$ wt %, which is in comparison with the previous plasmatron by 1-2.5 times lower, the standard relative divergence of Sr does not exceed ~0.10.